

计量授权证书附件

第 1 页 共 6 页

机构名称：咸宁市计量检定测试所

Name of organization

地址：咸宁市咸安区锦龙路28号

Address

法人代表：王振

Legal representative

负责人：王振

Person in charge

主管部门：咸宁市公共检验检测中心

Competent authority

授权区域：咸宁市辖区

Authorized region

证书编号：(鄂)法计(2022)L001号

Number of certificate

发证日期：2024年12月30日

Issued on

有效日期：2027年04月05日

Valid to

发证机关：湖北省市场监督管理局

Issued by



发证机关提示：

一、法定计量检定机构不得从事下列行为：

- 1、伪造数据；
- 2、违反计量检定规程进行计量检定；
- 3、使用未经考核合格或者超过有效期的计量基准、计量标准开展计量检定工作；
- 4、指派未经取得计量检定证件的人员开展计量检定工作；
- 5、伪造、盗用、倒卖强制检定印、证。

二、法定计量检定机构在有效期满前六个月应当向授权的政府计量行政部门提出复查考核申请，经复查合格的，换发计量授权证书。

三、法定计量检定机构需要新增授权项目，应当向授权的政府计量行政部门提出新增授权项目申请，经考核合格并获得计量授权证书后，方可开展新增授权项目的工作。

四、法定计量检定机构需要终止所承担的授权项目的工作，应当提前六个月向授权的政府计量行政部门提出书面申请；未经批准，法定计量检定机构不得擅自终止工作。

计量授权证书附件

第 3 页 共 6 页

序号 Number	授权检定项目 名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或测量扩展不 确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定规程编号 Number of verification Specification referred to
1	医用激光源	功率: 0.1mW~200W 能量: 1 J ~200 J	MPE: $\pm 20\%$	JJG581-2016
2	移液器	10 μ L ~10000 μ L	MPE: $\pm (0.5 \sim 12)\%$	JJG 646-2006
3	滴定管	1mL~100mL	MPE: $\pm (0.01 \sim 0.20)$ mL	JJG 196-2006
4	单标线吸量管	1mL~100mL	MPE: $\pm (0.007 \sim 0.16)$ m L	JJG 196-2006
5	分度吸量管	0.1mL~50mL	MPE: $\pm (0.002 \sim 0.2)$ mL	JJG 196-2006
6	单标线容量瓶	1mL~2000mL	MPE: $\pm (0.010 \sim 1.2)$ mL	JJG 196-2006
7	量筒	5mL~2000mL	MPE: $\pm (0.05 \sim 20)$ mL	JJG 196-2006
8	量杯	5mL~2000mL	MPE: $\pm (0.2 \sim 20)$ mL	JJG 196-2006
9	定容式灌装机	5ml~50L	MPE: $\pm (1\% \sim 5\%)$	JJG 687-2008
10	定重式灌装机	(0~60) kg	MPE: $\pm (0.2\% \sim 5\%)$	JJG 687-2008
11	数字压力计	(0~60) MPa	0.02级及以下	JJG875-2019
12	精密压力表	(0~60) MPa	0.25级及以下	JJG49-2013
13	数字脑电图仪	电压: 5 μ V~1V; 频率: (0. 1~150) Hz	电压: $\pm 10 (1+U1/U$ m) %; 频率: $\pm 5\%$	JJG954-2019
14	绝缘电阻表、 电子式绝缘电 阻表	电阻范围 (0-1111111.1110) M Ω ; 电压范围 (0~10) kV	1.0级及以下	JJG622—1997JJG10 05—2019
15	电容法和电阻 法谷物水分测 定仪	(8~33) %	0.5级; 1级	JJG891-2019
16	移动式机动车 雷达测速仪	频率: (0.3~40) GHz测速: (20-180) km/h	微波发射频率误差: X波 段: ($f_0 \pm 25$) MHz; K波 段: ($f_0 \pm 45$) MHz; Ka 波段: ($f_0 \pm 100$) MHz; 模拟测速误差: (-4~0) km/h; 现场测速误差: < 100km/h时, (-6~0)km/ h; ≥ 100 km/h时, (-6~0)%	JJG528-2015

计量授权证书附件

第 4 页 共 6 页

序号 Number	授权检定项目 名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或测量扩展不 确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定规程编号 Number of verification Specification referred to
17	固定式机动车 雷达测速仪	频率: (0.3~40) GHz测速: (20-180) km/h	微波发射频率误差: X波 段: ($f_0 \pm 25$) MHz; K波 段: ($f_0 \pm 45$) MHz; Ka 波段: ($f_0 \pm 100$) MHz; 模拟测速误差: (-4~0) km/h; 现场测速误差: < 100km/h时, (-6~0)km/ h; ≥100km/h时, (-6~0)%	JJG527-2015
18	可见分光光度 计	波长: (340~900) nm; 透射 比: (0~100) % τ	III级、IV级	JJG178-2007
19	原子吸收分光 光度计	火焰原子化器、石墨炉原子化 器	火焰原子化器: 1.线性误 差≤10%, 2.检出限≤0.02 μ g/mL; 石墨炉原子化器: 1. 线性误差≤15%, 2.检出限 ≤4pg	JJG694-2009
20	烘干法水分测 定仪	1mg~500g	I级及以下	JJG658-2010
21	紫外分光光度 计	波长: (220~900) nm; 透射 比: (0~100) % τ	III级、IV级	JJG178-2007
22	电动汽车交流 充电桩	U: (30V~300V); I: (100 mA~100A); t: (0-24) h	1级及以下	JJG 1148-2022
23	电流互感器	(5-2000) A/5A, (5-2000) A/1A	0.2S级及以下	JJG313-2010
24	呼出气体酒精 含量探测仪	(0.1-0.6) mg/L	首次检定: (-0.040-0) m g/L或相对误差-10%-0;后 续检定: (-0.060-0) mg/ L;或相对误差-15%-0	JJG657-2019
25	总悬浮颗粒物 采样器	皂膜流量计(100~5000)mL/mi n; 罗茨流量计(5~80)L/min; 中流量孔口流量计(80~150)L/m in; 大流量孔口流量计(800~12 00) L/min	±5%	JJG943-2011
26	电动汽车非车 载充电机	U: (30~1000)V; I: (5~250) A; t: (0-24) h	1级及以下	JJG 1149-2022

计量授权证书附件

第 5 页 共 6 页

序号 Number	授权检定项目 名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或测量扩展不 确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定规程编号 Number of verification Specification referred to
27	电压互感器	额定电压变比 35kV/100V、 (35/√3) kV/ (100/√3) V	0.2级及以下	JJG314-2010
28	模拟式接地电 阻表、数字式 接地电阻表	0.001Ω~20111.110Ω	1.0级及以下	JJG366-2004
以下空白				

计量授权证书附件

第 6 页 共 6 页

序号 Number	授权校准/检测项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test	测量范围 Measurement range	准确度等级或测量扩展 不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据技术文件名称及编号 Name and number of technical document referred to
1	医用激光源	功率: 0.1mW~200W 能量: 1 J ~200 J	MPE: $\pm 20\%$	JJG581-2016
2	移液器	10 μ L ~10000 μ L	MPE: $\pm (0.5 \sim 12) \%$	JJG 646-2006
3	滴定管	1mL~100mL	MPE: $\pm (0.01 \sim 0.20)$ mL	JJG 196-2006
4	单标线吸量管	1mL~100mL	MPE: $\pm (0.007 \sim 0.16)$ mL	JJG 196-2006
5	分度吸量管	0.1mL~50mL	MPE: $\pm (0.002 \sim 0.2)$ mL	JJG 196-2006
6	单标线容量瓶	1mL~2000mL	MPE: $\pm (0.010 \sim 1.2)$ mL	JJG 196-2006
7	量筒	5mL~2000mL	MPE: $\pm (0.05 \sim 20)$ mL	JJG 196-2006
8	量杯	5mL~2000mL	MPE: $\pm (0.2 \sim 20)$ mL	JJG 196-2006
9	数字式温湿度计	温度: 5℃~50℃湿度: (30~90) %RH	温度: U=0.3℃, k=2湿度: U=2.0%RH, k=2	JJF 1076-2020《数字式温湿度计校准规范》
10	机械式温湿度计等	温度: 5℃~50℃湿度: (30~90) %RH	温度MPE: $\pm 2.0^\circ\text{C}$ 湿度MPE: $\pm (5 \sim 7) \%$ RH	JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》
以下空白				

