

计量授权证书附件

第 1 页 共 5 页

机构名称：咸宁市计量检定测试所

Name of organization

地址：咸宁市咸安区锦龙路28号

Address

法人代表：王振

Legal representative

负责人：王振

Person in charge

主管部门：咸宁市公共检验检测中心

Competent authority

授权区域：咸宁市辖区

Authorized region

证书编号：(鄂)法计(2022)L001号

Number of certificate

发证日期：2025年09月09日

Issued on

有效日期：2027年04月05日

Valid to

发证机关：湖北省市场监督管理局

Issued by



发证机关提示：

一、法定计量检定机构不得从事下列行为：

- 1、伪造数据；
- 2、违反计量检定规程进行计量检定；
- 3、使用未经考核合格或者超过有效期的计量基准、计量标准开展计量检定工作；
- 4、指派未经取得计量检定证件的人员开展计量检定工作；
- 5、伪造、盗用、倒卖强制检定印、证。

二、法定计量检定机构在有效期满前六个月应当向授权的政府计量行政部门提出复查考核申请，经复查合格的，换发计量授权证书。

三、法定计量检定机构需要新增授权项目，应当向授权的政府计量行政部门提出新增授权项目申请，经考核合格并获得计量授权证书后，方可开展新增授权项目的工作。

四、法定计量检定机构需要终止所承担的授权项目的工作，应当提前六个月向授权的政府计量行政部门提出书面申请；未经批准，法定计量检定机构不得擅自终止工作。

计量授权证书附件

第 3 页 共 5 页

序号 Number	授权检定项目 名称 Item of authorized verification	测量范围 Measurement range	准确度等级或测量扩展不 确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据检定规程编号 Number of verification Specification referred to
1	机械秒表	3s~60min	MPE=±(0.1~2.4)s	JJG237-2010
2	电子秒表	10s~1d	时间间隔: MPE=±(0.05~0.5)s; 日差:MPE=±0.05s/d	JJG237-2010
3	精密压力表	(-100~600)kPa	0.25级及以下	JJG49-2013
4	数字压力计	(-100~600)kPa	0.02级及以下	JJG875-2019
5	医用电子体温计	(30.0~50.0) °C	T<35.3°C, MPE: ±0.3°C; 35.3°C≤T<37.0°C, MPE: ±0.2°C; 37.0°C≤T≤39.0°C, MPE: ±0.1°C; 39.0°C<T≤41.0°C, MPE: ±0.2°C; 41.0°C<T, MPE: ±0.3°C	JJG1162-2019
6	标准水银温度计	(-60~300) °C	U=0.08°C, k=2	JJG161-2010
7	电接点压力表	(-0.1~60) MPa	1.6级及以下	JJG52-2013
8	一般压力表	(-0.1~60) MPa	1.6级及以下	JJG52-2013
9	电液伺服万能试验机	(0.1~2000) kN	0.5级及以下	JJG1063-2010
10	拉力、压力和万能材料试验机	(0.1~2000) kN	0.5级及以下	JJG139-2014
11	电子式万能试验机	(0.1~300) kN	0.5级及以下	JJG475-2008
12	抗折试验机	(0.1~10) kN	0.5级及以下	JJG476-2001
以下空白				

计量授权证书附件

第 4 页 共 5 页

序号 Number	授权校准/检测项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test	测量范围 Measurement range	准确度等级或测量扩展 不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据技术文件名称及编号 Name and number of technical document referred to
1	气相色谱-质谱联用仪校准	离子阱、单四级杆、三重四级杆、飞行时间和静电场轨道阱型	1) 质量范围: $\geq 600u$; 2) 质量分辨率: 离子阱、单四级杆、三重四级杆: $W1/2 < 1u$; 飞行时间、静电场轨道阱: $W1/2 < 0.05u$; 3) 质量准确性: 离子阱、单四级杆、三重四级杆: 不超过 $\pm 0.3u$; 飞行时间、静电场轨道阱: 不超过 $\pm 0.02u$; 4) 信噪比: 离子阱、单四级杆、三重四级杆: $\geq 10: 1$; 飞行时间、静电场轨道阱: $\geq 50: 1$;	
2	医用热力灭菌设备温度计	(室温~150) °C	MPE: $\pm 0.5^{\circ}C$	
3	液相色谱-质谱联用仪校准	离子阱、单四级杆、三重四级杆型	信噪比: (三重四级杆) ESI+: $\geq 30: 1$; ESI-: $\geq 10: 1$; APCI+: $\geq 30: 1$; 单四级杆、离子阱: $\geq 10: 1$; 质量准确性: $\leq 0.5u$; 分辨力: $\leq 1u$; 峰面积重复性: (三重四级杆、单四级杆): ESI+: $\leq 1.0\%$; 离子丰度比重复性: (离子阱): ESI+: $\leq 3.0\%$; 保留时间重复性: (三重四级杆、单四级杆、离子阱): ESI+: $\leq 1.5\%$	
4	机械秒表	3s~60min	MPE: $\pm (0.1 \sim 2.4)s$	JJG237-2010

计量授权证书附件

第 5 页 共 5 页

序号 Number	授权校准/检测项目或参数名称 Items or parameters of authorized calibration/test	测量范围 Measurement range	准确度等级或测量扩展不确定度 Accuracy or expanded measurement uncertainty	依据技术文件名称及编号 Name and number of technical document referred to
5	电子秒表	10s~1d	时间间隔: $MPE=\pm(0.05\sim0.5)s$; 日差: $MPE=\pm0.05s/d$	JJG237-2010
6	电液伺服万能试验机	(0.1~2000) kN	0.5级及以下	JJG1063-2010
7	拉力、压力和万能材料试验机	(0.1~2000) kN	0.5级及以下	JJG139-2014
8	电子式万能试验机	(0.1~300) kN	0.5级及以下	JJG475-2008
9	抗折试验机	(0.1~10) kN	0.5级及以下	JJG476-2001
以下空白				

